

BL2 实验室操作规程

1. 保持实验室门关闭.
2. 作为感染性病原使用及保存的设备必须贴有生物危害通用标志.
3. 无关人员不得进入BL2实验室.
4. 除用于BL2实验的动物以外,其他动物不得进入BL2实验区域.
5. BL2实验区域内严禁吸烟,饮食,饮水或存放食物.
6. 适当的时候要穿着实验工作服.
7. 严禁用嘴移液.应使用机械装置移液.
8. 所有操作规程应尽可能减少浮质或气雾的产生.
9. 避免使用皮下注射器.
10. 使用生物安全柜存放可产生浮质或气雾的装置.
11. 实验结束后和离开实验室前都必须洗手.
12. 每日进行实验台消毒,特别是在发生溅出后应立即进行消毒.
13. 所有生物废弃物在废弃之前,均应进行消毒灭菌.其他受到污染的实验材料在洗涤,再利用,或废弃之前也均应进行消毒灭菌.
14. 需要转移到其他实验室进行消毒灭菌的实验材料应置于封闭,耐用,防漏的容器内进行运输.
15. 控制昆虫和啮齿动物孳生.
16. 保持实验场所干净整洁.